

## Information

*always your partner*

# EDI™ Novel Coronavirus COVID-19 Nucleocapsid IgG ELISA Kit



ELISA Test zur qualitativen Bestimmung von COVID-19 IgG in Serumproben

- Mikrotiterplatten, beschichtet mit rekombinanten COVID-19 Nucleokapsid Protein;
- Positiver Vorhersagewert von 98.4 %;
- Negativer Vorhersagewert von 99.8%
- Sehr hohe Spezifität von 99.8%

Testprinzip	Qualitative Bestimmung von humanen IgG's gegen COVID 19
Technologie	Indirekter Enzym-Immunoassay; Verwendung von Mikrotiterplatten, die mit rekombinanten COVID-19 Nucleokapsid Protein beschichtet sind.
Probenmaterial	Serum
Inkubationszeit	80 Minuten
Positiver Vorhersagewert (PVW)	98.4% (n=187)
Negativer Vorhersagewert (NVW)	99.8% (n=624)
Spezifität	99.8% (n=570)
Beschreibung	EDI™ Novel Coronavirus COVID-19 IgG ELISA Kit
Produziert von	Epitope Diagnostics, Inc, San Diego, USA
Packungsgrösse	1 Mikrotiterplatte mit 96 Vertiefungen
Artikelnummer	KT-1032

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  
For further information please contact:  
Pour plus d'information, veuillez contacter:

[www.tecomedical.com](http://www.tecomedical.com)



---

**A EUROBIO SCIENTIFIC COMPANY**

**Switzerland / Headquarters**

**TECOmedical AG**

Gewerbstrasse 10

4450 Sissach

Phone +41 61 985 81 00

Fax +41 61 985 81 09

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)

**Germany**

**TECOmedical GmbH**

Wasserbreite 57

32257 Bünde

Phone +49 52 23 985 99 99

Fax +49 52 23 985 99 98

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)

**Benelux**

**TECOmedical Benelux BV**

Computerweg 22

3542 DR Utrecht, The Netherlands

Phone +31 30 307 87 30

Fax +31 30 307 49 39

Mail [benelux@tecomedical.com](mailto:benelux@tecomedical.com)

**Austria**

**TECOmedical AG**

Phone 0800 20 40 66

Fax 0800 20 40 55

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)